

**Техническая характеристика
к лоту №1
Стерилизатор (Getinge HS 22 K3)**

Наименование показателя	Требуемое значение
Объемы камеры	Не менее 10л
Загрузка камеры	Горизонтальная
Камера выполнена из нержавеющей стали	Качество не ниже AISI316Ti
Двери, корпуса стерилизатора выполнены из нержавеющей стали	Качество не ниже AISI304
Камера стерилизатора	Прямоугольная
Внешние габариты стерилизатора	Не более 530x450x570 мм
Стерилизатор имеет встроенный,необслуживаемый парогенератор аккумуляторного типа	
Питающая вода	Дистиллированная
Стерилизатор имеет специальный резервуар для дистиллированной воды	Объем не менее 5 л
Потребление воды	200-400 мл/цикл
Потребление электричества	Не более 2 кВт, в режиме ожидания не более 200 Вт
Подводка электричества	1 фаза, 220 В
Стерилизатор имеет функцию вакуумирования с датчиком абсолютного давления	
Общее время цикла стерилизации	Не более 11-39 минут
Стерилизатор имеет не менее 4 встроенных программ, при этом перепрограммирование производится без замены ЧИП	
Система управления имеет независимые контуры	
Вес стерилизатора	Не более 60 кг
В комплект входят: инструментальные поддоны (3 шт.) и ручка для их извлечения из камеры стерилизатора (1 шт)	Размером не менее 330x190x38 мм
Общее время программы на 134 °С не превышает 35 мин.	
Двери стерилизатора	Горизонтально скользящие
Дополнительные условия	
Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
Регистрационное удостоверение ФС Росздрава	Наличие
Наличие лицензии на проведение технического обслуживания медицинской техники	Наличие
Проведение монтажных и пусконаладочных работ силами собственных или уполномоченных служб	Наличие
Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
Гарантия не менее 12 месяцев со дня пуска - наладки	Наличие
Возможность послегарантийного обслуживания и ремонта поставленной медицинской техники	Наличие