

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «Первая городская
поликлиника» председатель
котировочной комиссии,
_____ А.В.Кирюхин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ

заказа на поставку концентратора кислорода LFY-I-3A для нужд Муниципального учреждения здравоохранения «Первая городская поликлиника города Владимира» путем проведения запроса котировок цен для субъектов малого предпринимательства.

от «8» апреля 2010 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

МУЗ «Первая городская поликлиника», 600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер, д. 4, тел./факс (4922) 24-89-60, e-mail: 1@1polikp.elcom.ru

2. Источник финансирования заказа:

Внебюджетные источники финансирования.

3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:

Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке.

4. Наименование товара:

Концентратор кислорода LFY-I-3A. Техническое задание в приложении № 2.

5. Место, условия и сроки поставки товаров:

Поставка товара осуществляется в МУЗ "Первая городская поликлиника", г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4 в соответствии с приложением в 4 квартале до 15 октября 2010 года.

6. Срок, условия и форма оплаты товара:

В течение 4 (четвертого) квартала и по факту поставки товара; по счету, счету-фактуре, накладным; безналичный расчет в рублях РФ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

В соответствии с требованиями действующего законодательства. Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения. Товар должен иметь гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 100% гарантия качества на поставляемый товар.

7. Максимальная цена контракта:

27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей. Цена контракта включает в себя стоимость поставляемого товара, устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, отпуск, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

МУЗ «Первая городская поликлиника» - г. Владимир, Ново-Ямской пер., д.4, каб. 1Б (1 этаж). Срок окончания подачи котировочных заявок 14.04.2010 года 17.00 часов.

9. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

В течение **20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 7 (семь) дней** со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Требования к участникам размещения заказа:

10.1 Субъекты малого предпринимательства (ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

(Необходимо в котировочной заявке указать (задекларировать) конкретные данные по размеру и составу уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год).

10.2 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11. Дополнительная информация.

Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Концентратор кислорода LFY-I-3A

№ п/п	Описание требований	Наличие функций или величина параметра по ТЗ
1. Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение	ДА
1.2	Сертификат соответствия	ДА
1.3	Срок гарантии – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию	ДА
1.4	Выпуск – не ранее 2009 г. Оборудование, ранее не находящееся в эксплуатации.	ДА
2. Основные параметры		
2.1	Основные технические параметры	
	Электропитание	222/50
	Мощность (энергопотребление),Вт	300
	Регулировка газового потока (механическая), л/мин.	От0 до 3
	Концентрация кислорода, %	95+-3
	Давление подачи кислорода, МПа	0,03-0,06
	Таймер, мин	30,60,90,120
	Класс электрооборудования	II B
	Габаритный размеры	318x358x488
	Масса, кг	21