

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «Первая городская
поликлиника» председатель
котировочной комиссии,
_____ А.В.Кирюхин

ИЗВЕЩЕНИЕ

**О размещении заказа на поставку концентратора кислорода LFY-I-3A для нужд
Муниципального учреждения здравоохранения «Первая городская поликлиника города
Владимира» путем проведения запроса котировок цен для субъектов малого
предпринимательства.**

от «1» апреля 2010 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
МУЗ «Первая городская поликлиника», 600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер, д. 4, тел./факс (4922) 24-89-60, e-mail: 1@1polikp.elcom.ru

2. Источник финансирования заказа:
Внебюджетные источники финансирования.

3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке.

4. Наименование товара:
Концентратор кислорода LFY-I-3A. Техническое задание в приложении № 2.

5. Место, условия и сроки поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в МУЗ "Первая городская поликлиника", г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4 в соответствии с приложением в 4 квартале до 15 октября 2010 года.

6. Срок, условия и форма оплаты товара:
В течение 4 (четвертого) квартала и по факту поставки товара; по счету, счету-фактуре, накладным; безналичный расчет в рублях РФ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
В соответствии с требованиями действующего законодательства. Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения. Товар должен иметь гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 100% гарантия качества на поставляемый товар.

7. Максимальная цена контракта:
27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей. Цена контракта включает в себя стоимость поставляемого товара, устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, отпуск, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
МУЗ «Первая городская поликлиника» - г. Владимир, Ново-Ямской пер., д.4, каб. 1Б (1 этаж). Срок окончания подачи котировочных заявок 07.04.2010 года 17.00 часов.

9. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение **20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 7 (семь) дней** со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Требования к участникам размещения заказа:
10.1 Субъекты малого предпринимательства (ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

(Необходимо в котировочной заявке указать (задекларировать) конкретные данные по размеру и составу уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год).

10.2 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11. *Дополнительная информация.*

Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Концентратор кислорода LFY-I-3A

№ п/п	Описание требований	Наличие функций или величина параметра по ТЗ
1. Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение	ДА
1.2	Сертификат соответствия	ДА
1.3	Срок гарантии – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию	ДА
1.4	Выпуск – не ранее 2009 г. Оборудование, ранее не находящееся в эксплуатации.	ДА
2. Основные параметры		
2.1	Основные технические параметры	
	Электропитание	222/50
	Мощность (энергопотребление),Вт	300
	Регулировка газового потока (механическая), л/мин.	От0 до 3
	Концентрация кислорода, %	95+-3
	Давление подачи кислорода, МПа	0,03-0,06
	Таймер, мин	30,60,90,120
	Класс электрооборудования	II B
	Габаритный размеры	318x358x488
	Масса, кг	21