

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование товара	код по Общероссийск ому классификатор у видов экономической деятельности (ОКДП)	Ед. изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристик ам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (потребительски м свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Анализатор газов крови и электролитов GASTAT mini (Япония)	944310	шт.	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.)	(в соответствии с техническими характеристик ами)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика	Комплектация в соответствии с технической характеристикой заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка
ИТОГО: 370000 рублей 00 коп.										

Техническая характеристика

Анализатор газов крови и электролитов GASTAT mini (Япония)

Анализатор газов крови и электролитов. Встроенный принтер. Жидкокристаллический дисплей. Питание: сеть + аккумулятор. Автоматический анализ по одному образцу цельной крови (50-100 мкл) менее чем за 180 с. Вывод заключения на дисплей и печать на принтер. Автоматическая калибровка. Архивирование данных анализа и данных пациента.

Проба	Цельная кровь	
Объем пробы, мкл	50 - 100	
Измеряемые параметры	pH PCO ₂ PO ₂ Na+ K+ Ca ²⁺ BUN Glc Hct	концентрация ионов (активность) H+ парциальное давление CO ₂ парциальное давление O ₂ концентрация ионов натрия концентрация ионов калия концентрация ионов кальция концентрация азота мочевины крови концентрация глюкозы гематокрит
Расчетные параметры	HCO ₃ ⁻ TCO ₂ BE Hb O ₂ sat O ₂ CT BB SBE SBC AaDO ₂ RI сCa	концентрация бикарбоната общий CO ₂ избыток (или дефицит) оснований концентрация гемоглобина сатурация (насыщение) O ₂ O ₂ скорректированный сумма оснований всех буферных систем крови стандартный избыток оснований стандартный бикарбонат артериально-альвеолярный градиент O ₂ респираторный индекс стандартизованный кальций
Дисплей	Сенсорный LCD	
Время измерения	менее 180 с (без подогрева) и менее 270 с (с подогревом)	
Калибровка	1 точечная перед измерением	
Память	100 измерений	
Сканер штрих-кода	-	
Габариты, мм	230 x 100 x 73	
Масса, кг	1,2	

Комплектация:

- анализатор 1 шт.
- сетевой адаптер и кабель -1шт.
- калибровочный картридж – 1 шт.
- бумага для принтера – 5 шт.
- инструкция пользователя – 1 шт.

Измерительный картриджи:

pH, pCO ₂ , pO ₂ (уп.10 шт.)
pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na+, K+, Hct (уп.10 шт.)
pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na+, K+, Hct, Glc (уп.10шт.)
pH, Na+, K+, BUN, Glc (уп.10 шт.)
pH, Na+, K+, Ca ²⁺ , Hct, Glc (уп.10 шт.)