

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование товара	код по Общероссийск ому классификатор у видов экономической деятельности (ОКДП)	Ед. изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональн ым характеристик ам (потребительск им свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Анализатор лазерный двухканальный агрегации тромбоцитов с определением среднего R-агрегатов и встроенным счетчиком тромбоцитов АЛАТ2-«Биола», модель ЛА230-2 со счетчиком тромбоцитов и определением фактора Виллебранда (Россия)	944310	шт.	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.)	(в соответствии с техническими характеристиками)	Инструктаж персонала о работе на поставленном оборудовании и за счет средств поставщика	Комплектация в соответствии с техническими характеристиками заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
ИТОГО: 453 600,00 рублей										

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая характеристика к пункту 1

Анализатор лазерный двухканальный агрегации тромбоцитов с определением среднего R-агрегатов и встроенным счетчиком тромбоцитов АЛАТ2-«Биола», модель ЛА230-2 со счетчиком тромбоцитов и определением фактора Виллебранда (Россия)

Объем пробы - 0.3 мл.

Два независимых канала измерения и 4 ячейки для предварительной инкубации на канал.

Термостатирование - от 25 до 42 ± 0.2 °C или "выключено" независимо в каждом канале.

Скорость перемешивания - от 100 до 1200 об/мин независимо в каждом канале.

Автоматическая установка "0%" и "100%" светопропускания.

Встроенный микропроцессор, управление через меню.

Двенадцатиразрядный цифровой дисплей.

Прибор имеет выход для подключения компьютера.

Напряжение питания - от 220 В, 50 Гц.

Габариты - 300x300x85 мм.

Вес - 2,8 кг.

Счетчик клеток:

Рабочий диапазон концентраций (для тромбоцитов человека) - 50...500 тыс./мкл

Систематическая погрешность <5%

Воспроизводимость (среднеквадратичное отклонение) <5%

В комплект поставки входит:

1. Прибор (блок анализатора) -1
2. Соединительный кабель - 1
3. Сетевой кабель -1
4. Программное обеспечение
5. Кюветы кварцевые многоразовые, Biodata - 20 штук
6. Кюветы для счета тромбоцитов – 2 штуки
7. Мешалки тефлоновые многоразовые, Biodata - 3 штуки
8. Магнит для удаления мешалок - 1
9. Аденозиндифосфат, Sigma - 5 мг
10. Раствор ЗА для счета тромбоцитов, Биола– 0,5л
11. Набор для определения фактора Виллебранда на 30 опр. -1
12. Инструкция по эксплуатации и описание программного обеспечения.
13. Пластиковый кейс для упаковки и переноски
14. Компьютер с периферийным оборудованием (Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, манипулятор типа «мышь»), наличие СОМ-порта обязательно, ОЗУ от 256 Мб, винчестер от 40 Гб.