

**Техническая характеристика
на стол операционный универсальный механогидравлический**

№ п/п	Характеристика	Значение
1	Применение для всех типов операций - универсальность	Наличие
2	Количество секций	4 секции, ножная разделенная
3	Привод спинной секции	Ручной-газовой пружиной - наличие
4	Привод головной секции	Секция съемная, привод ручной –механический - наличие
5	Тазовая секция	Управление изменением положения – механическое - наличие
6	Привод подъема/опускания столешницы	Гидравлический, управляется педалью на станине - наличие
7	Почечный валик	Наличие встроенного, управление механическое, ручкой на головном конце
8	Изменение положения столешницы	Положение Теренделенбург/антитренделенбург, боковые наклоны - управляется в ручную, механически, ручкой на головном конце - наличие
9	Выбор функции управления боковыми наклонами и Тренд./антитренд	Осуществляется в ручную, механической ручкой переключения функции , на головном конце стола - наличие
10	Материал почечного валика	Нержавеющая сталь
11	Ножная секция	Раздельная, съемная, управляется вручную механически
12	Напольный тормоз для надежной фиксации стола	Гидравлический, управляется педалью на станине.
13	Грузоподъемность	Не менее 180кг
14	Вес стола	Не более 210кг
15	Возможность превышения стандартной нагрузки на стол в 2 раза, на время не менее 4 часов	Наличие
16	Станина – форма	У- образная станина, для удобства положения хирурга - наличие
17	Покрытие станины	Покрытие из нержавеющей стали, полированной - легко моющееся, устойчивое к истиранию и хим. веществам - наличие
18	Матрас на столе	Съемный, на весь стол, соответствует секциям - наличие
19	Материал матраса	Матрас полиуретановый негорючий электропроводящий, R- прозрачный, противопролежневый, стойкий к истиранию и дезсредствам, с антистатическим эффектом.
20	Толщина матраса	Не менее 60мм
21	Рама столешницы	Нержавеющая сталь - наличие
22	Материал столешницы	Столешница из R-прозрачного поликарбоната - наличие
23	Наличие рельсов для R-касеты под всей поверхностью стола	Наличие
24	Максимальный размер R-касеты, не более	14x17" (30x40см)

25	Длина стола, не менее	1950мм
26	Ширина стола /с рельсами, не менее	500/550мм
27	Подъем почечного валика, не менее	130мм
28	Подъем столешницы, не менее	660-1010мм
29	Положение Тренделенбург/ Антитренделенбург Не менее	30/30гр
30	Боковые наклоны столешницы, не менее	25/25гр
31	Спинная секция вверх/вниз не менее	75/30гр
32	Головная секция вверх/вниз не менее	30/90гр
33	Раздельная ножная секция вверх/вниз/в стороны не менее	0/90/180гр
34	Размер боковых рельсов для крепления дополнительных принадлежностей не менее	10x28.5мм
35	Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов	Стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей - наличие
36	Комплектация ортопедической приставкой	Возможность