

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Перфузор компакт С, шприцевой насос Б.Браун Медикал, Германия 94 4470
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	7 (семь) штук
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	
	Многофункциональный шприцевой насос оптимальный для педиатрии и неонатологии, с возможностью введения со сверхмалой скоростью сверхмалых объемов. Вес насоса – 1,6кг. Время работы в автономном режиме – 80 часов при скорости инфузии 10мл/час; 2,5 часа при скорости инфузии 10мл/час с заряженным аккумулятором. Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл. Задаваемое время инфузии: 0 – 99 ч 59 мин. Скорость инфузии: 0,01 – 200 мл/час, шаг 0,01мл/час. Расчет скорости через объем и время инфузии. Точность инфузии ~ 2,5% в соответствии с IEC/EN 60601-2-24. Скорость болюсной инфузии 0,1 – 1200 мл/час, объем болюса: 0,1 – 50 мл. Тип болюса: по требованию, болюс с заданным объемом. Уровень давления окклюзии: 3 уровня – 0,3-0,6-1,2 бар. Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование), функция паузы с сохранением параметров, функция «антиболюс». Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени. Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента. Стыковка друг с другом до трех насосов. Автоматическое определение шприца.	
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем, со ссылкой на регламентирующий документ)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	